

小額採購契約(財物)

招標機關臺北大眾捷運股份有限公司(以下簡稱機關)及得標廠商(以下簡稱廠商)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

第 1 條 契約文件及效力

- (一) 契約包含下列文件，其內容如有不一致之處，除另有約定外，優先順序如下：
1. 本契約條款。
 2. 特定條款。
 3. 詳細價目表。
- (二) 契約特定條款包含：契約共通性條款(1091029 版)、廠商安全衛生規定(版)、廠商投保約定事項(版)、資通安全補充約定(版)、個人資料保護補充約定(版)，廠商請至機關首頁/公告訊息/小額採購資訊(https://www.metro.taipei/Content_List.aspx?n=5BF2792C3B6D1AE3)下載並詳閱，以利後續履約事宜。
- (三) 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。
- (四) 經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依印花稅法之規定繳納印花稅。

第 2 條 履約標的

廠商應給付之標的：[C15E00300 三用電表採購](#)。

第 3 條 契約價金之給付

- (一) 契約價金：新臺幣(下同) 拾 萬 仟 佰 拾 元正。
- (二) 契約價金之給付及結算依下列方式辦理：
- 依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列 1 式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，或其性質與比例增減無關者，不在此限。
 - 依實際供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列 1 式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。
 - 部分依契約價金總額結算，部分依實際施作或供應之項目及數量結算。屬於依契約價金總額結算之部分，因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更

部分予以加減價結算。屬於依實際供應之項目及數量結算之部分，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列 1 式計價者，應依結算總價與契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件，或其性質與比例增減無關者，不在此限。

- (三) 採契約價金總額結算給付者，個別項目實作數量較契約所定數量增減達 5% 以上時，其逾 5% 之部分，依原契約單價以契約變更增減契約價金。未達 5% 者，契約價金不予增減。

第 4 條 履約期限

- (一) 廠商履約交貨之批數如下。

一次交清。

分 ___ 批交貨。

其他：_____。

- (二) 履約期限：

廠商應於 ___ 年 ___ 月 ___ 日以前將採購標的 送達本條第 3 款機關指定之地點 完成 _____ (交易條件)。

廠商應於 (機關簽約次日； 機關通知次日) 起 120 天內將採購標的 送達本條第 3 款機關指定之地點 完成 _____ (交易條件)。

廠商應於 ___ 年 ___ 月 ___ 日以前將採購標的送達本條第 3 款機關指定之地點，安裝測試完畢，且測試結果符合契約約定。

廠商應於 (機關簽約次日； 機關通知次日) 起 ___ 天內將採購標的送達本條第 3 款機關指定之地點，安裝測試完畢，且測試結果符合契約約定。

- (三) 廠商履約交貨相關資訊如下：

1. 連絡人姓名：江鈺婷、張貴強、吳鴻任、嚴國豐。

2. 連絡電話：(02)25505600 轉 6663、(02)25505600 轉 3770、(02)28930105 轉 3511、(02)29363730 轉 3306。

3. 交貨地址及地點：忠孝新生站。

第 5 條 保險

本契約無須辦理保險。

(一) 廠商應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險，其費用已包含於履約費用內：

安裝工程(財物)綜合保險或營造綜合保險。(附加第三人意外責任險、 財物損失險、 鄰近財物險)。

雇主意外責任險。

機械保險、電子設備綜合保險或鍋爐保險。

(二)保險期間：自開工日安裝前進場前(未勾選視為開工日)起至驗收合格日止(保險期限應至完工日後 90 日以上，在驗收合格前已屆保險期限，廠商應辦理展延保險或加保，並將辦理結果報請機關核備)。

(三)其餘約定詳「廠商投保約定事項」。

第 6 條 保證金

(一)履約保證金：

無需繳納。

1. 繳納：廠商於訂約前應繳納履約保證金_____元。

2. 發還：於驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。有分段或部分驗收情形者，得按比例分次發還。

(二)保固保證金：

無需繳納。

1. 繳納：廠商於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金_____元按結算總價[]%計算之保固保證金。

2. 發還：保固期滿且無待解決事項後 30 日內發還。

第 7 條 保固

無保固。

全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固[1]年。

第 8 條 其他

(一)本契約及所含文件約定之各項違約金，除契約另有約定，或契約共通性條款第 2 條減價收受、契約共通性條款第 12 條逾期違約金所定之違約金外，其餘懲罰性違約金合計總額，以契約價金總額之[20]%為上限。

(二)電子發票：

1. 如廠商尚未申辦電子發票，因市府及所屬機關於 108 年 1 月 1 日起已推行未達公告金額十分之一以下之採購案核銷作業電子化，續於同年 8 月 1 日起將逾未達公告金額十分之一之採購案納入適用範疇。請廠商踴躍申辦電子發票，以配合市府採購 e 化政策。

2. 有關申辦資訊可至財政部電子發票整合服務平台/[營業人/快速上手](#)/營業人導入電子發票資訊專區查詢。

3. 廠商經由財政部平台開立之 B2B 電子發票應以存證方式開立，存證電子發票開立方式詳財政部[電子發票整合服務平台/營業人/快速上手/營業人文件下載](#)之操作說明。

(三)本契約如包含以下範圍，應依資通安全補充約定辦理。

1. 採購契約所包含之資訊軟硬體、資訊服務、資訊系統或行動應用軟體。

2. 廠商為符合契約履約過程或結果需求，提供或使用之資訊軟硬體、資訊服務、

資訊系統或行動應用軟體。

3. 廠商以創意優規或其他類似理由，無償提供機關所有或使用之資訊軟硬體、資訊服務、資訊系統或行動應用軟體。

(四)本契約涉及個人資料保護者，應依個人資料保護補充約定辦理。

財物規格說明

| | | | | | |
|------|--|-----|--------------|------|----------------|
| 需求單位 | 系統處號誌廠(2台) 數位發展處通訊廠(1台) 車輛處車輛一廠(1台) 遊憩事業維修處(1台) | 申請人 | 詳契約交 貨連絡人 | 交貨地點 | 忠孝新生站 (詳契約) |
| 中文品名 | 三用電表-高準確度真均方根值-數位型 | | | | |
| 詳細規格 | <p>(參考廠牌型號：FLUKE 87V)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 顯示：數位顯示，6000 計數(counts)以上，每秒更新 4 次 (updates4/sec)以上。 2. 交流真均方根值量測。 3. 最大-最小-平均值(紀錄模式)。 4. 讀值保持(Hold)。 5. 探棒連接警示。 6. 外殼軟膠保護。 7. 工作溫度範圍：至少包含「0°C~+55°C」 8. 交流電壓量測 (AC Voltage Measurement)： <ul style="list-style-type: none"> 最大量測電壓 1000V 以上、最佳解析度不大於 0.1mV、最佳精確度± [0.7%讀值+跳動 2 位(0.7% rdg+2d)]以內。 9. 直流電壓量測 (DC Voltage Measurement)： <ul style="list-style-type: none"> 最大量測電壓 1000V 以上、最佳解析度不大於 0.1mV、最佳精確度± [0.05%讀值+跳動 1 位(0.05% rdg+1d)]以內。 10. 交流電流量測 (AC Current Measurement)： <ul style="list-style-type: none"> 最大量測電流 10A 以上、最佳解析度不大於 0.1μA、最佳精確度± [1.0%讀值+跳動 2 位(1.0% rdg+2d)]以內。 11. 直流電流量測 (DC Current Measurement)： <ul style="list-style-type: none"> 最大量測電流 10A 以上、最佳解析度不大於 0.01μA、最佳精確度± [0.2%讀值+跳動 2 位(0.2% rdg+2d)]以內。 12. 電阻量測 (Resistance Measurement)： <ul style="list-style-type: none"> 最大量測電阻 50MΩ 以上、最佳解析度不大於 0.1Ω、最佳精確度± [0.2%讀值+跳動 1 位(0.2% rdg+1d)]以內。 13. 二極體量測 (Diode Measurement)： <ul style="list-style-type: none"> 最大量測範圍 3V 以上、最佳解析度不大於 0.001V、最佳精確度± [2%讀值+跳動 1 位(2% rdg+1d)]以內。 14. 配件：TL75 測試導線、AC175 鱷魚夾、9V 電池、80BK 溫度探棒。 | | | | |

財物規格說明

詳細規格



參考照片

驗收方式

- 1、外觀檢查：
 - (1) 檢視廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。
 - (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。
- 2、測試：機關會同廠商辦理測試。
 - (1) 測試方法：依財物規格說明測試各項功能。
 - (2) 允收標準：財物規格說明各項功能符合為合格。
- 3、廠商應於驗收時提供保固切結書，並自驗收合格日起保固1年。